

Số: /PK-KHTH

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu
mua sắm máy xét nghiệm sinh hoá

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Hiện tại, Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua máy xét nghiệm sinh hoá tự động của Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang năm 2024” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Bắc Giang
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí Lại Thị Thu Hà, Bộ phận hành chính tổng hợp, Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. (SĐT: 0204.3855.562).
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11 – đường Xương Giang – phường Ngô Quyền – thành phố Bắc Giang.
 - Nhận qua email: pkdkgtvtbacgiang@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 10 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế: Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy xét nghiệm sinh hoá tự động	Theo bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại Phụ lục 1 đính kèm	01	Máy

Tổng cộng: 01 danh mục

- Địa điểm cung cấp lắp đặt:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải vận chuyển, cung cấp, lắp đặt bảo quản, bảo hành và lắp đặt và bàn giao sử dụng tại Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang. Số 11 – đường Xương Giang – phường Ngô Quyền – thành phố Bắc Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hàng hoá chứng từ hợp lệ và các giấy tờ liên quan khác theo quy định.

5. Thông tin khác:

- Giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại thuế, phí khác có liên quan theo quy định của Nhà nước. Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và nghiệm thu tại Phòng khám đa khoa GTVT Bắc Giang mà Chủ đầu tư không phải thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào khác.

- Các nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá tại Phụ lục 2 đính kèm.

Phòng khám kính mời quý Công ty quan tâm cung cấp báo giá các mặt hàng mà công ty đang cung ứng.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHTH&TBVTYT.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁM

Hoàng Thu Nguyệt

PHỤ LỤC 1:

TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: / PK-KHTH ngày 01 tháng 7 năm 2024)

YÊU CẦU KỸ THUẬT
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động
I. Yêu cầu chung
- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện khi giao hàng
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
- Đạt chứng chỉ chất lượng ISO hoặc tương đương
- Nguồn điện: 220V, 50Hz
II. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo quản trang thiết bị; Bảo hành; Bảo trì và các dịch vụ sau bán hàng
1. Cung cấp, lắp đặt: Tại bộ phận xét nghiệm của Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang
2. Vận chuyển: đảm bảo điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển theo yêu cầu, hướng dẫn của Hãng sản xuất
3. Lắp đặt, chạy thử: Tại bộ phận xét nghiệm của Phòng khám đa khoa Giao thông vận tải Bắc Giang
4. Bảo hành: ≥ 12 tháng theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, tính từ thời điểm Nghiệm thu, bàn giao hàng hóa
5. Bảo trì: Có dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành.
6. Dịch vụ sau bán hàng: Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, đảm bảo có phụ tùng tiêu hao, vật tư thay thế khi có yêu cầu
II. Cấu hình thiết bị
1. Máy chính
2. Hệ thống máy tính điều khiển: 01 bộ
3. Màn hình điều khiển: 01 chiếc
4. Máy in trắng đen: 01 chiếc
5. Hệ thống lọc nước RO: 01 bộ
6. Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt
7. Bộ phụ kiện chuẩn theo máy
8. Bộ hóa chất và chuẩn khởi tạo máy: 01 bộ (gồm ALT,AST,Glucose,Cholesterol,...)/ QC 2 mức/Calibrator
9. Có giao diện kết nối LIS
10. Bộ lưu điện UPS on-line
III. Tính năng kỹ thuật
1. Loại máy:

Máy xét nghiệm sinh hóa mở, tự động hoàn toàn, truy cập ngẫu nhiên
2. Công suất:
≥ 240 test sinh hóa/ giờ
3. Nguyên lý xét nghiệm:
So màu, điểm cuối, động học,
4. Khả năng xét nghiệm đồng thời: ≥ 60 xét nghiệm
5. Hệ thống quang học
<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn sáng sử dụng đèn halogen: có hoặc tốt hơn - ≥ 12 bước sóng cách tử : từ ≥ 340nm đến ≤800 (nm) - Dải tuyến tính: 0- ≥ 3.3 Abs
6. Hệ thống kim hút hóa chất và kim hút mẫu
<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến phát hiện mức chất lỏng và bảo vệ va đập. - Có chức năng rửa hệ thống kim hút
7. khay mẫu và khay hóa chất:
<ul style="list-style-type: none"> - Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương, Nước tiểu, Dịch não tủy, dịch tan máu - Thể tích mẫu: ≤3μl - ≥35μl, ≤0,1μl bước (step) - Tối đa có thể sắp xếp được ≥ 64 vị trí - Khả năng nạp mẫu: Nạp mẫu liên tục - Các khay mẫu và hóa chất đều được tháo lắp dễ dàng - Mã code mẫu đa dạng - Lượng hút hóa chất: 10-350μL - Khay mẫu/ hóa chất được tự động lạnh trong suốt thời gian đặt trên máy.
8. Trạm phản ứng
<ul style="list-style-type: none"> - ≥ 120 Cuvette phản ứng - Thể tích phản ứng: từ ≤150 - ≥ 550μl - Nhiệt độ phản ứng: 37°C±0.1°C
9. Trạm rửa cuvette phản ứng:
<ul style="list-style-type: none"> - Tự động rửa, chu trình rửa với ≥ 8 lần dừng và ≥ 12 bước, rửa bằng nước ấm
10. Chuẩn và kiểm chuẩn máy
<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn tuyến tính và Chuẩn phi tuyến tính - Phương pháp chuẩn linh hoạt: ≥ 9 loại đường cong chuẩn; ≥ 6 mức chuẩn khác nhau cho mỗi loại. - Có khả năng truy hồi đường cong chuẩn, nhận biết xu hướng biến thiên của giá trị K, giảm thiểu lỗi hệ thống. - Lựa chọn phương pháp chuẩn ngắt quãng hoặc chuẩn hàng tháng - Đồ thị kiểm chuẩn: Tự động tìm và in các biểu đồ QC liên quan, Biểu đồ Levey-Jening; Biểu đồ chuẩn tích lũy
11. Phần mềm vận hành :
<ul style="list-style-type: none"> - Giao diện phần mềm thân thiện, trực quan

- Hỗ trợ on-line
- Chức năng phần mềm đa nhiệm
- Nhiều dạng báo cáo khác nhau, người sử dụng có thể tự định nghĩa mẫu báo cáo, in báo cáo tự động.

12. Máy tính tương thích với máy xét nghiệm

- Bộ máy tính đồng bộ

13. Màn hình đảm bảo tương thích với máy xét nghiệm:

- Kích thước: ≥ 21 inch

14. Máy in laser đen trắng đảm bảo tương thích với máy xét nghiệm

- Loại máy in thông dụng trên thị trường

15. Bộ lọc nước RO đảm bảo tương thích với máy xét nghiệm

- Công suất lọc: ≥ 20 l/ giờ

16. Bộ UPS on-line ≥ 1 KVA (đảm bảo tương thích với máy xét nghiệm)

PHỤ LỤC 2: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Phòng khám đa khoa giao thông vận tải Bắc Giang

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hoá, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục Vật tư, thiết bị y tế ⁽²⁾	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả đính kèm	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Danh mục A										
2	Danh mục B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ≥ 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.