

Số: /PK-KHTH

Bắc Ninh, ngày tháng 8 năm 2025

V/v báo giá trang thiết bị y tế để làm cơ sở xây dựng
giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2025

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung ứng hàng hóa, trang thiết bị y tế.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-SYT ngày 31/03/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-SYT ngày 01/8/2025 của Giám đốc Sở y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế sau sắp xếp;

Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà

thầu cho gói thầu “Mua sắm trang thiết bị y tế của Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 11 – đường Xương Giang – phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đồng chí Lại Thị Thu Hà, Bộ phận hành chính tổng hợp, Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh. (SĐT: 0204.3855.562).

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11 – đường Xương Giang – phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

(Bản báo giá/ biểu báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên và đóng dấu. Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của đại diện hợp pháp của nhà cung cấp kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản tương đương).

- Nhận qua email: pkdkgtvtbacgiang@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14 tháng 8 năm 2025 đến 16h30 ngày 25 tháng 8 năm 2025.

Các bản chào nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, trang thiết bị y tế: Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy chụp đáy mắt kỹ thuật số tự động không nhỏ giãn đồng tử	Theo bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại Phụ lục 1 đính kèm	01	Máy

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
2	Máy phân tích nước tiểu tự động	Theo bảng mô tả tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại Phụ lục 1 đính kèm	01	Máy

2. Hồ sơ bản báo giá gồm:

2.1. Yêu cầu về thiết bị:

+ Bao gồm các nội dung: Tên hàng hóa, tên thương mại (nếu có), xuất xứ của hàng hóa, số lượng, mã hiệu, chủng loại, thông số kỹ thuật.

+ Các thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ. Hàng hóa sản xuất từ năm 2024 trở về sau.

+ Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue của nhà sản xuất (bản dịch đối với thiết bị y tế nhập khẩu).

+ Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ.

2.2. Các yêu cầu về năng lực của đơn vị báo giá.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh đối với mặt hàng kinh doanh có điều kiện (nếu có) (bản sao công chứng hoặc bản sao có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp); tài liệu chứng minh năng lực của nhà cung cấp.

3. Các yêu cầu khác:

- Bản báo giá phải ghi rõ tên thiết bị, tên thương mại (nếu có), mã hiệu, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của từng thiết bị, tổng giá trị hàng hóa đã có thuế GTGT, các chi phí trọn gói để thực hiện gói thầu, chi phí vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt tại địa điểm của bên mua và các chi phí khác có liên quan.

- Giá báo giá phải được tính toán đầy đủ các chi phí liên quan bao gồm cả yếu tố trượt giá khi thực hiện trong năm 2025.

- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu thiết bị.

- Nhà cung cấp có thể báo giá toàn bộ hoặc báo giá cho từng thiết bị theo chủng loại thuộc phạm vi cung cấp tùy thuộc vào khả năng thực tế của mình.

- Thiết bị được chào phải thể hiện rõ nhà sản xuất, xuất xứ và nguồn gốc hợp pháp.

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải vận chuyển, cung cấp, lắp đặt bảo quản, bảo hành và lắp đặt và bàn giao sử dụng tại Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh. Số 11 – đường Xương Giang – phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

- Các nhà cung cấp báo giá theo Mẫu báo giá tại Phụ lục 2 đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Công ty!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, KHTH&TBVTYT.

TRƯỞNG PHÒNG KHÁM

Hoàng Thu Nguyệt

PHỤ LỤC 1:

**TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN
CỦA TRANG THIẾT BỊ Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số: /PK-KHTH ngày tháng 8 năm 2025)

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
Phần I. Máy chụp đáy mắt kỹ thuật số tự động không nhỏ giãn đồng tử	Máy	01
I. Yêu cầu chung		
- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện khi giao hàng		
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau		
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương		
- Nguồn điện sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn điện áp của Việt Nam		
- Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa tới $\geq 30^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tối đa tới $\geq 75\%$;		
- Xuất xứ máy chính: Nhóm quốc gia thuộc Châu Âu hoặc G7.		
II. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo quản trang thiết bị; Bảo hành; Bảo trì và các dịch vụ sau bán hàng		
1. Cung cấp, lắp đặt: Tại Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh		
2. Vận chuyển: đảm bảo điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển theo yêu cầu, hướng dẫn của Hãng sản xuất		

3. Lắp đặt, chạy thử: Tại Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh		
4. Bảo hành: ≥ 12 tháng theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, tính từ thời điểm Nghiệm thu, bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng		
5. Bảo trì: Có dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành.		
6. Dịch vụ sau bán hàng: Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, đảm bảo có phụ tùng tiêu hao, vật tư thay thế khi có yêu cầu		
III. Cấu hình thiết bị		
1. Máy chính: 01 máy		
2. Hệ thống máy tính cài đặt (hoàn chỉnh gồm màn hình, chuột, bàn phím): 01 bộ		
3. Phần mềm xử lý, lưu trữ hình ảnh chuyên dụng: 01 phần mềm		
4. Máy in phun màu: 01 chiếc		
5. Máy ảnh kỹ thuật số tích hợp: 01 cái		
6. Bàn nâng hạ điều chỉnh bằng điện: 01 chiếc		
7. Giấy lót tỳ cằm: ≥ 100 tờ		
8. Nắp đậy bảo vệ thấu kính: 01 cái		
9. Dây nguồn: 01 cái		
10. Bao phủ bụi: 01 cái		
11. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ		
12. UPS lưu điện online $\geq 1\text{kVA}$: 01 cái		
IV. Chỉ tiêu kỹ thuật		
1. Yêu cầu về chức năng sử dụng		
Thiết bị tối thiểu phải có các chức năng sử dụng, bao gồm:		
- Tự động lấy nét, tự động chụp, tự động cân chỉnh, có thể điều chỉnh cường độ		

flash		
- Chụp hình ảnh màu vãng mạc, có thể chụp mà không cần nhỏ thuốc giãn đồng tử		
- Tì cầm di chuyển động lên/xuống		
- Kết nối: Thiết bị đi kèm với một máy tính được cài đặt Phần mềm xử lý, lưu trữ hình ảnh chuyên dụng.		
2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật		
Độ phân giải hình ảnh: $\geq 12,0$ megapixel		
Hiển thị: Màn hình điều khiển và hiển thị cảm ứng		
- Nguồn sáng tương đương:		
+ Quan sát: Nguồn sáng LED hoặc Halogen hoặc tương đương		
+ Chụp ảnh: Flash hoặc Led hoặc tương đương		
Khoảng cách làm việc: $\geq 25\text{mm}$		
Góc chụp: $\geq 45^\circ$		
Kích thước đồng tử tối thiểu: $\leq 4\text{ mm}$		
Dải điều chỉnh diop:		
- $+ \leq -10$ đến $\geq +15\text{D}$ (không có thấu kính bù). - $+ \leq -30\text{D}$ đến $\geq -7\text{D}$ (có thấu kính bù âm). - $+ \leq +12\text{D}$ đến $\geq +30\text{D}$ (có thấu kính bù dương)		
Phạm vi chuyển động đầu chụp:		
- Trái/phải: $\geq 85\text{ mm}$		

- Từ trước ra sau (trước/sau) ≥ 40 mm - Lên xuống ≥ 30 mm		
Đèn định thị trong: tối thiểu có LED và tùy chỉnh		
Máy tính		
- CPU: Intel® Core™ i5 hoặc tốt hơn; Ram ≥ 8 GB		
- Ổ cứng: SSD; Dung lượng: ≥ 250 GB - Hệ điều hành: Window 10/11x 64 hoặc cao hơn - Màn hình LCD hoặc LED tương đương; Kích thước Màn hình ≥ 23 inch. Phụ kiện bao gồm chuột, bàn phím.		
8. Bộ UPS on-line ≥ 1 KVA (đảm bảo tương thích với máy)		
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
Phần II . Máy phân tích nước tiểu tự động	Máy	01
I. Yêu cầu chung		
- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng, còn nguyên đai, nguyên kiện khi giao hàng		
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau		
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương		
- Nguồn điện: 220V, 50/60Hz		
- Điều kiện hoạt động: Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa tới $\geq 30^{\circ}\text{C}$, Độ ẩm tối đa tới $\geq 75\%$;		

II. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bảo quản trang thiết bị; Bảo hành; Bảo trì và các dịch vụ sau bán hàng		
1. Cung cấp, lắp đặt: Tại bộ phận xét nghiệm của Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh		
2. Vận chuyển: đảm bảo điều kiện bảo quản trong quá trình vận chuyển theo yêu cầu, hướng dẫn của Hãng sản xuất		
3. Lắp đặt, chạy thử: Tại bộ phận xét nghiệm của Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh		
4. Bảo hành: ≥ 12 tháng theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất, tính từ thời điểm Nghiệm thu, bàn giao hàng hóa		
5. Bảo trì: Có dịch vụ bảo trì sau thời gian bảo hành.		
6. Dịch vụ sau bán hàng: Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì, đảm bảo có phụ tùng tiêu hao, vật tư thay thế khi có yêu cầu		
III. Cấu hình thiết bị		
1. Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ		
2. Que thử: 01 hộp		
3. Que chuẩn (nếu có): 01 hộp		
4. Phụ kiện chuẩn theo máy: 01 bộ		
5. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Anh/Việt: 01 bộ		
6. UPS lưu điện online $\geq 1\text{kVA}$: 01 cái		
IV. Tính năng kỹ thuật		
1.Loại máy:		
Máy xét nghiệm phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn		
Công suất:		
≥ 240 xét nghiệm/ giờ		

2. Phương pháp phân tích:		
Nguyên lý đo màu quang điện, có thể có đo độ đục và công nghệ xét nghiệm sử dụng nguồn sáng lạnh.		
3. Số lượng mẫu thực hiện đồng thời: ≥ 50 mẫu		
4. Hệ thống quang học: ≥ 4 bước sóng: từ $\geq 525\text{nm}$ đến $\leq 710\text{ (nm)}$		
5. Có khả năng phân tích tối thiểu ≥ 10 thông số trên que thử nước tiểu, bao gồm nhưng không giới hạn:		
- Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Ketone (KET), Specific Gravity (SG), Blood (BLD), pH, Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocytes (LEU), Ascorbic Acid (VC)...		
6. Phương pháp lấy mẫu: Mẫu nước tiểu không ly tâm, lượng mẫu nhỏ nhất $\leq 1.5\text{ml}$ - Không xuất hiện nhiễm chéo		
7. Giao diện kết nối: - Cổng kết nối RS232: Kết nối được với máy tính và máy in ngoài - Kết nối LIS/ HIS: Giao diện kết nối 2 chiều HIS/ LIS - Có thể nhận diện mẫu bằng mã vạch - In kết quả tự động: máy in nhiệt trong máy		
8. Bộ UPS on-line $\geq 1\text{KVA}$ (đảm bảo tương thích với máy xét nghiệm)		

PHỤ LỤC 2: Mẫu báo giá**BÁO GIÁ****Kính gửi: Phòng khám Đa khoa giao thông vận tải Bắc Ninh**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [*ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá*], chúng tôi [*ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh*] báo giá cho các hàng hoá, thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục Vật tư, thiết bị y tế ⁽²⁾	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật (Ghi rõ dẫn chiếu) trong bảng mô tả đính kèm	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Danh mục A										
2	Danh mục B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế).

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ≥ 90 ngày, kể từ ngày báo giá có hiệu lực.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.